



Determina N. 40/2022 del 11/04/2022

Oggetto: Annullamento della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di uno strumento ICP-MS destinato al Laboratorio Analisi Elementi – CIG 899247484B

L'Amministratore Unico
con l'assistenza del Direttore Generale

Premesso che:

- il Laboratorio Analisi Elementi ha espresso la necessità di sostituire uno strumento ICP-MS, obsoleto e non più affidabile, con un altro di nuova concezione di cui ha definito il profilo tecnico;
- con Determina a contrarre dell'Amministratore Unico n. 121/2021 del 26/11/2021 si è autorizzato l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs 50/2016 per la fornitura dello strumento di cui si tratta per un importo massimo stimato a base di gara di € 150.000 oltre IVA, dando mandato al Direttore Generale di assumere tutti i provvedimenti conseguenti;
- in data 10/01/22 è stato pubblicato su SinTel e su sito web aziendale un invito a presentare offerte in base a un capitolato tecnico recante le specifiche individuate dal Laboratorio richiedente, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- entro la scadenza del 30/01/2022 sono pervenute le offerte di Thermo Fisher Scientific S.p.A. e Perkin Elmer S.p.A., ammesse alle fasi successive della procedura con Determina n. 11/2022 del 02/02/2022 in seguito alla verifica della documentazione amministrativa;
- in base alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli offerenti, SinTel ha attribuito all'offerta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. un punteggio complessivo di 80 punti e a quella di Perkin Elmer S.p.A. un totale di 75,41 punti;
- poiché il punteggio tecnico veniva assegnato sulla base delle dichiarazioni rese dai partecipanti, si è proceduto a verificarne la veridicità con riferimento all'offerta di Thermo Fisher Scientific S.p.A., sia con una richiesta scritta che attraverso un incontro con il personale scientifico di Innovhub tenutosi il 17/03/2022;
- gli approfondimenti svolti hanno permesso di chiarire che la strumentazione offerta da Thermo Fisher è in realtà carente del requisito "*Necessità di spostamento della torcia dalla posizione di analisi per l'accensione del plasma*" richiesto dal capitolato e pertanto i 20 punti corrispondenti devono essere revocati e la graduatoria provvisoria rettificata di conseguenza;
- dal confronto con i rappresentanti di Thermo Fischer è però anche emerso che il requisito menzionato al punto precedente e quello relativo alla "*Struttura della cella di reazione e collisione*" (5 punti), anziché fondarsi su oggettive esigenze prestazionali fanno riferimento a scelte tecnologiche proprie di uno specifico operatore;

Richiamata la L. 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 21^{octies} e 21^{nonies};

Ritenuto che:



Determina N. 40/2022 del 11/04/2022

- il capitolato di gara presenti profili di illegittimità per violazione di legge nella parte in cui, definendo parte dei criteri di assegnazione del punteggio tecnico attraverso il riferimento a soluzioni tecnologiche proprie di uno specifico operatore, si pone in contrasto con l'art. 30 del d. lgs. 50/2016;
- i vizi in questione abbiano condizionato in modo decisivo l'esito della gara;
- sussistano ragioni di interesse pubblico per annullare in autotutela la procedura, consistenti nell'esigenza di garantire parità di accesso e trattamento a tutti gli operatori partecipanti, o potenzialmente interessati a partecipare, e nell'obiettivo di assicurare il miglior bilanciamento tra costi e qualità della fornitura;
- la natura di atto a effetti non consolidati della proposta di aggiudicazione fa sì che il destinatario possa vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non una posizione giuridica qualificata tale da richiedere un raffronto con l'interesse pubblico all'annullamento della procedura;

Accertato che l'annullamento è disposto entro un termine ragionevole, in quanto assai ravvicinato rispetto alla chiusura dell'esame delle offerte presentate e ai conseguenti approfondimenti e verifiche tecniche;

Ritenuto, pertanto, di annullare la Determina a contrarre n. 121/2021 e tutti gli atti della procedura di gara in questione, procedendo ad avvisare quanto prima gli operatori che hanno presentato offerta;

Visto l'art. 17 dello Statuto della Società;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l'area Amministrazione e Finanza;

determina

- 1) di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 7 agosto 1990, n. 241 la determina a contrarre n. 121/2021 e tutti gli atti della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di uno strumento ICP-MS destinato al Laboratorio Analisi Elementi – CIG 899247484B;
- 2) di comunicare ai concorrenti l'avvenuto annullamento della procedura in questione mediante comunicazione via PEC.

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

L'Amministratore Unico
Massimo Dal Checco

Responsabile del procedimento: Daniele Colombo