



INNOVHUB  
STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA

Innovazione e ricerca

## ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

*Per contratti di importo complessivo >€ 40.000 e <€ 200.000 Iva esclusa*

Oggetto: Lotto 3 - Fornitura, installazione, collaudo e training di un Gascomatografo/Spettrometro di massa portatile

N. CIG 66298304CA

Importo contrattuale € 89.900,00 (iva esclusa). (inclusi gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze pari a € 100,00);

N. CIG 66298304CA

CUP (eventuale)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Angelo Lunghi \_\_\_\_\_

in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto affidato, con provvedimento n.102/2016 del 01/09/2016 all'esecutore Quantanalitica srl con sede in Osnago – LC - in via Guido Rossa snc..

### ATTESTA

Che la data contrattualmente prevista per il termine delle prestazioni è il 31/12/2016

Che le prestazioni si sono effettivamente concluse il 20/04/2017

Che l'importo contrattuale complessivo previsto era pari a \_\_\_\_\_ € 90.000,00 + iva \_\_\_\_\_

Che l'importo contrattuale complessivamente liquidato sarà pari a \_ € 89.900,00(+ Iva) \_\_\_\_\_

Che la prestazione/fornitura eseguita corrisponde a quella contrattualmente prevista

Che la prestazione/fornitura eseguita non corrisponde a quella contrattualmente prevista

(motivare e giustificare il perché)



INNOVHUB  
STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA

### Innovazione e ricerca

se le date, gli importi contrattuali o la prestazione previsti ed effettivi non coincidono indicare le motivazioni e gli atti che hanno autorizzato le variazioni):

Eventuali atti aggiuntivi \_\_\_\_\_

- eventuali ulteriori osservazioni: (contestazioni, penali applicate, premi, ecc.) \_\_\_\_\_

Il ritardo nel completamento dell'esecuzione della fornitura è stato dovuto ad un ritardo nella consegna del PC di controllo dello strumento e a difficoltà nel trovare una data condivisa da tutti per la giornata di installazione e formazione.

Solo per fornitura di apparecchiature che necessitano di collaudo:

Che la fornitura e l'eventuale installazione di cui all'oggetto, è stata regolarmente eseguita e collaudata il 20/04/2017 come da verbale di collaudo allegato;

Firma del collaudo

**DICHIARA**

Che l'importo a saldo da liquidare all'esecutore è pari a € € 89.900,00(+ Iva) e comprende lo svincolo delle eventuali ritenute effettuate ai sensi dell'art. 4- c.3 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

Che pertanto la cauzione definitiva prestata per il servizio/fornitura è svincolabile.

Data 24 MAG 2017

Il Direttore dell'esecuzione/ Il Dirigente destinatario

della fornitura/servizio

Visto: Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_

Data aggiornamento: 27.06.2013

INNOVHUB- STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA Div. Stazione Sperimentale per i Combustibili	<b>VERBALE DI COLLAUDO DI BENE          MOBILE NUOVO</b> da inviare a Servizio Amministrativo	<b>Mod-03 Rev.1</b> Pag. 1 di 1 Data: 19/10/11
---	--	--

Data 24/05/2017

Il/la sottoscritto/a

**Gabriele Migliavacca**

Responsabile del Reparto/Servizio/ Funzione  
 in veste di subconsegnatario

**Laboratorio emissioni**

**ha collaudato**

il cespite

Gascomatografo/Spettrometro di massa portatile – GC – TMS Tridon 9

Fornito dalla società

**Quantanalitica srl**

ricevuto in data

20/04/2017

Esito del collaudo

POSITIVO

NEGATIVO

Fornitura conforme a quanto richiesto:

SI

NO

Difetti riscontrati **Nessuno.**

Il cespite verrà posizionato nel locale \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

