



Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un cromatografo liquido UHPLC accoppiato ad un rivelatore spettrometro di Massa Triplo Quadrupolo, accessori e servizi connessi - CIG B1602A3B10

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D1: Nel punto 4. Del capitolato tecnico allegato A, viene richiesto di iniettare la soluzione a concentrazione più bassa 20 volte consecutive. Come diluizione più bassa si intende la minima concentrazione rilevabile dallo strumento tra le 4 diluizioni riportate nel punto 3. (1:2, 1:4, 1:5, 1:10) O la minima concentrazione rilevabile a prescindere dalle diluizioni di cui sopra? Inoltre con che valore minimo di S/N si stabilisce la concentrazione più bassa?

R1: La prova di ripetibilità (RSD%) sulla concentrazione più bassa rilevabile richiesta nel punto 4 del Capitolato tecnico Allegato A si riferisce alla concentrazione minima rilevabile dallo strumento, presumibilmente corrispondente al valore di LOQ. Il valore di S/N minimo non è definito in quanto sarà valutata la ripetizione dell'analisi a bassa concentrazione.

D2: Nel capitolato tecnico a pagina 7 viene richiesto un PC con sistema operativo Windows 11 o ultimo sistema operativo disponibile. Si chiede conferma che si possa offrire una workstation con sistema operativo Windows 10 in grado di controllare il software di gestione dello strumento offerto.

R2: La workstation richiesta deve avere delle caratteristiche compatibili e superiori alle richieste minime del software di gestione, nonché adeguate anche allo sviluppo di versioni successive del software di gestione.

D3: Nel capitolato tecnico a pagina 6 nelle specifiche relative alle caratteristiche del PC viene richiesto quanto segue: Il PC deve essere dotato di doppio disco fisso da almeno 1TB. Si richiede se un PC con un disco da 512GB e uno da 10TB sia ritenuto soddisfacente ai requisiti o migliorativo.



R3: La workstation fornita deve garantire l'acquisizione e la gestione strumentale con adeguata velocità e deve essere in grado di supportare i successivi aggiornamenti del software. Un PC con un disco da 512GB e uno da 10TB è ritenuto soddisfacente i requisiti obbligatori. A questo proposito si ribadisce quanto riportato al punto Par. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica del Disciplinare di Gara *“Le caratteristiche tecniche obbligatorie degli strumenti oggetto di gara – come descritte nell’art. 4.1 del Capitolato tecnico - rappresentano, a pena di esclusione, i requisiti minimi richiesti a cui l’offerente dovrà conformarsi nell’offerta. Il mancato rispetto del limite minimo previsto da un requisito “Obbligatorio” comporta l’esclusione dell’offerta perché non soddisfacente i requisiti minimi tecnici. Solo i requisiti richiamati nella tabella riportata nel presente art. 18.1 comportano l’attribuzione di un punteggio premiante. Gli altri requisiti “Obbligatori” devono essere espressamente e tassativamente dichiarati come “Soddisfatti”, perché l’offerta sia considerata accettabile, ma non comportano l’attribuzione di un punteggio premiante, anche se sono soddisfatti con condizioni migliorative rispetto a quelle richieste”.*

D4 gent.mi, in relazione all'iter di fatturazione, siamo a richiedere conferma che la fornitura del sistema e tutte le attività ad essa associate (Capitolato Tecnico - 4.2 Servizi Connessi) quali consegna, installazione, training e garanzia Full-Risk per la durata di 24 mesi dal positivo collaudo, verranno fatturate in un'unica soluzione.

R4 La garanzia full-risk per la durata di 24 mesi dovrà essere fatturata a parte, con periodicità trimestrale o altra periodicità da definire in sede contrattuale.

Milano, 27/05/2024